



Centrala tel.: ++385 42 39 30 00

Ravnatelj tel.: ++385 42 39 35 00

Telefax: ++385 42 21 32 41

<http://www.obv.hr>

Žiro račun: IBAN HR4723600001102709395

Zagrebačka banka d.d.

e-mail: bolnica@obv.hr

Mat. br.: 03376982

šifra djel.: 85110

OIB 59638828302

Broj: 02/1-1038/2/1-2019.

Varaždin, 14.05.2019.

**SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Predmet: I Objašnjenje DZPPJN

**I OBJAŠNENJE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA
PREDMET NABAVE:**

PERFUZORI

U Dokumentaciji za provedbu postupka jednostavne nabave za predmet nabave PERFUZORI,
datum objave: 09.05.2019.,

1. na upit gospodarskog subjekta koji glasi:

”
Poštovani,

prema objavljenom pozivu za dostavu ponude sukladno članku 198. ZJN 2016 dajemo naše prijedloge i upite vezano za predmetni postupak javne nabave kako slijedi: Pažljivo smo pročitali Opis predmeta nabave i minimalno zahtjevne funkcionalnosti. Stoga vas molimo da pogledate i prihvatite naše prijedloge izmjena koje neće onemogućiti osnovno zamišljenu koncepciju, a omogućiti će kvalitetnije tržišno nadmetanje.

Za TROŠKOVNIK.:

R.b. 1.2.7

Traži se: “Prikaz parametara i postavki pumpe na zaslonu: granični tlak, strujni napon, rad baterije, status alarma, datum, vrijeme, bolus”

Molimo vas da se ovaj tekst izmjeni na način: “Prikaz parametara i postavki pumpe na zaslonu: granični tlak, rad baterije, status alarma, datum, vrijeme, bolus”

R.b. 1.5.2.

Traži se: “Povezivanje do tri perfuzora za transport bez radne stanice”

Molimo vas da se ovaj tekst izmjeni na način: “Povezivanje do dva perfuzora za transport bez radne stanice.”

R.b. 1.5.6.

Traži se: "Mogućnost nadogradnje za rad u zoni magnetnog zračenja (MRI)"
Molim vas da se ova stavka izbriše.

”

2. Naručitelj Opća bolnica Varaždin daje objašnjenje, na sljedeći način:

”

Odgovor za R.b. 1.2.7.:

Naručitelj je u traženim tehničkim karakteristikama i sukladno svojim kliničkim zahtjevima odredio minimalne tehničke karakteristike koju ponuđena roba treba zadovoljiti. Jasna oznaka o vrsti napajanja predstavlja bitnu karakteristiku medicinskim djelatnicima obzirom na činjenicu da je ova vrsta medicinskih uređaja direktno ovisna o izvoru struje za svoj normalan rad i punjenje baterije. Prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaća.

Odgovor za R.b. 1.5.2.:

Naručitelj je u traženim tehničkim karakteristikama i sukladno svojim kliničkim zahtjevima odredio minimalne tehničke karakteristike koju ponuđena roba treba zadovoljiti. Slijedom standardne medicinske prakse potrebno je povezivanje minimalno tri perfuzora za potrebe transporta obzirom na istovremenu aplikaciju više lijekova jednom pacijentu. Također, povezivanjem više perfuzora u cjelinu manja je incidencija mehaničkih oštećenja u vidu pada pojedinačnih perfuzora tijekom transporta. Prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaća.

Odgovor za R.b. 1.5.6.:

Naručitelj je u traženim tehničkim karakteristikama i sukladno svojim kliničkim zahtjevima odredio minimalne tehničke karakteristike koju ponuđena roba treba zadovoljiti. Tražena izmjena smanjuje funkcionalnost i kvalitetu proizvoda tijekom narednih godina korištenja. Prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaća.

”

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da uvažavaju ovo I. Objašnjenje Troškovnika o nabavi za predmet nabave PERFUZORI.

Ravnatelj:
Nenad Kudelić, dr.med.

