



---

Centrala tel.:	++385 42 39 30 00	IBAN HR4723600001102709395	Mat. br.: 3376982
Ravnatelj:	++385 42 39 35 00	Zagrebačka banka d.d.	Šifra djel.: 8610
	<a href="http://www.obv.hr">http://www.obv.hr</a>	e-mail:bolnica@obv.hr	OIB:59638828302

---

KLASA: 406-03/23-04/75  
URBROJ: 2186-192-25/3-23-3

Varaždin, 08.09.2023.

SVIM ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

## I. OBJAŠNJENJE I IZMJENA POZIVA I DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE:

### MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA ZA REDOVNE POTREBE po grupama - Grupa 49. Laboratorijski autoklav za potrebe Službe Klenovnik

#### 1. Na upit gospodarskog subjekta koji glasi:

„Poštovani,

1. Koja će se vrsta materijala sterilizirati u traženom autoklavu, npr. tekućine, instrumenti, poništavanje otpada?
2. Obzirom na primjenu u bolnici, treba li uređaj biti klasificiran kao medicinski uređaj?
3. Obzirom na postojanje drugih materijala otpornih na specifičirane kiseline i materijale, odnosno na činjenicu da se na vanjskim oplatom od nehrđajućeg čelika pojavljuje površinska korozija uslijed kontakta, molimo promjenu točke 1. u traženo ili jednakovrijedno, na način kako je traženo i za DIGITERM II kontroler.
4. Koja klasa točnosti mora biti WIKa manometar?

Unaprijed hvala.  
Srdačan pozdrav.,,

#### Naručitelj Opća bolnica Varaždin odgovara:

1. U traženom autoklavu sterilizirat će se biološki otpad.
2. Laboratorijski autoklav ne treba biti klasificiran kao medicinski uređaj. Sukladno primjedbi gospodarskog subjekta, mijenja se točka 28. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima, te ista sada glasi: Nije primjenjivo.
3. U Prilogu 3. Tehničke specifikacije predmeta nabave pod točkom 1.1. već je dan opis na način kako traži gospodarski subjekt, odnosno ista glasi: „Izrađen od visokokvalitetnog INOX W.Nr. 1.4301- AISI 304 nehrđajućeg materijala (ili jednakovrijedno), otpornog na vodu, vodenu paru, vlažnost zraka, konzumne kiseline te na slabe organske i anorganske kiseline pogodnog za lako čišćenje i dezinfekciju (radni prostor, vanjsko kućište, svi nosači unutar radnog prostora)“.

4. WIKA manometar mora biti klase točnosti 1.6 ili više, prema tome Naručitelj Opća bolnica Varaždin mijenja točku 1.13. Priloga 3. Tehničke specifikacije predmeta nabave, te ista sada glasi:

1.13.	- Manometar WIKA klase 1.6. ili više, s certifikatom prema HRN 17025 ili jednakovrijedno
-------	------------------------------------------------------------------------------------------

**Naručitelj Opća bolnica Varaždin mijenja točku 19. Dokumentacije o nabavi, koja sada glasi:**

**19. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude:**

**Rok za dostavu ponuda je 13.09.2023. godine do 10,00 sati.**

Otvaranje ponuda nije javno i provodi ga Stručno povjerenstvo za nabavu, imenovano od strane Naručitelja.

Ponuda se dostavlja preporučenom poštom na adresu Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1, 42000 Varaždin, osobnom dostavom u Pisarnicu Opće bolnice Varaždin, radnim danom u vremenu od 08,00 do 14,00 sati ili elektroničkim putem na adresu: [javna.nabava@obv.hr](mailto:javna.nabava@obv.hr)

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.

Ostali dijelovi Poziva i Dokumentacije za provedbu postupka nabave roba, radova i usluga na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, ostaju isti.

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da uvažavaju I. Objašnjenje i Izmjenu Poziva i DZPPJN za predmet nabave MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA ZA REDOVNE POTREBE po grupama - Grupa 49. Laboratorijski autoklav za potrebe Službe Klenovnik.

**Ravnatelj:**  
**dr.sc. Damir Poljak, mag.soc.geront.**

