



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

I. Meštrovića 1
42000 Varaždin

Centrala tel.: ++385 42 39 30 00
Ravnatelj: ++385 42 39 35 00
<http://www.obv.hr>

IBAN HR4723600001102709395
Zagrebačka banka d.d.
e-mail: bolnica@obv.hr

Mat. br.: 3376982
Šifra djel.: 8610
OIB: 59638828302

KLASA: 406-03/26-04/56
URBROJ: 2186-192-25/3-26-5
Varaždin, 09.09.2026.

SVIM ZAJINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

II. OBJAŠNJENJE I IZMJENA POZIVA I DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE:

Brzi antigenski testovi (koji nisu obuhvaćeni zajedničkom nabavom)

Naručitelj je dana 01.09.2026. godine zaprimio zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta koji glasi:

„Poštovani,

U tehničkoj specifikaciji zahtijeva se da ponuđeni multipleksni test bude uvršten u kategoriju A ili B „važeće HSC liste”.

HSC lista izrađena je tijekom pandemije prvenstveno radi međusobnog priznavanja rezultata COVID-19 testova i izdavanja EU digitalnih COVID potvrda. Nije regulatorni popis odobrenih IVD proizvoda niti je pravno obvezujuća. Posljednja verzija objavljena je 26. srpnja 2023., nove prijave nisu moguće od 31. ožujka 2023., a nadležna stručna radna skupina prestala je s radom 30. lipnja 2023.

Nadalje, prema pravilima same HSC liste, kod multipleksnih testova ocjenjivala se isključivo učinkovitost detekcije SARS-CoV-2, a ne učinkovitost detekcije influence A, influence B, RSV-a i adenovirusa. Stoga uvrštenje na HSC listu nije dokaz kvalitete cjelokupnog multipleksnog testa koji je predmet nabave.

Kumulativni zahtjev za odvojenom detekcijom SARS-CoV-2, influence A, influence B, RSV-a i adenovirusa te istodobnim uvrštenjem točno ponuđenog testa u HSC kategoriju A ili B, prema javno dostupnim podacima, svodi tržište na jedno jasno prepoznatljivo tehničko rješenje jednog proizvođača, iako na tržištu postoji više CE označenih multipleksnih testova s traženim panelom.

Takav eliminacijski uvjet nije razmjeran svrsi nabave te ima učinak stvaranja neopravdane prepreke tržišnom natjecanju i mogućeg pogodovanja određenom proizvodu, protivno člancima 4., 205. i 206. Zakona o javnoj nabavi.

Predlažemo da zahtjev glasi:

„Ponuđeni multipleksni test mora imati važeću CE oznaku i dokumentaciju o sukladnosti prema primjenjivim propisima te dokazanu kliničku učinkovitost”

Molimo izmjenu dokumentacije radi omogućavanja jednakog pristupa gospodarskim subjektima i stvarnog tržišnog natjecanja.,,

Naručitelj Opća bolnica Varaždin razmotrilo je dostavljeni upit zainteresiranog gospodarskog subjekta te mijenja točku 11., točku 14., i točku 20. Poziva i DZPPJN te Prilog 1.1. i 1.2. Troškovnika s tehničkim specifikacijama predmeta nabave. Sve izmjene Poziva i DZPPJN jasno su označene žutom bojom.

Ostali dijelovi Poziva i Dokumentacije za provedbu postupka nabave roba, radova i usluga na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, ostaju isti.

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da uvažavaju ovo II. Objašnjenje i II. Izmjenu Poziva i DZPPJN za predmet nabave Brzi antigenski testovi (koji nisu obuhvaćeni zajedničkom nabavom).

Ravnatelj:
Doc.dr.sc. Damir Poljak, mag.soc.geront.

