



Centrala tel.: ++385 42 39 30 00
Ravnatelj tel.: ++385 42 39 35 00
Telefax: ++385 42 21 32 41

<http://www.obv.hr>

Žiro račun: IBAN HR4723600001102709395
Zagrebačka banka d.d.

Mat. br.:03376982
šifra djel.: 85110
OIB 59638828302

e-mail:bolnica@obv.hr

Broj: 02/1-1968/2/1-2021.

Varaždin, 12.07.2021.

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: I. Izmjene i objašnjenje Poziva i Dokumentacije za provedbu postupka nabave roba, radova i usluga na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Naručitelj Opća bolnica Varaždin, vrši i objavljuje:

I. IZMJENE I OBJAŠNENJE DOKUMENTACIJE ZA PROVEDBU POSTUPKA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI ZA PREDMET NABAVE:

Medicinska i laboratorijska oprema po grupama

Grupa 52. Acidobazni analizatori

Evidencijski broj nabave: 21.1.-21-J-44

Na upit gospodarskog subjekta, koji glasi:

„Poštovani,

Kao zainteresirani gospodarski subjekt i potencijalni ponuditelj, zamolio bih Vas pojašnjenje dokumentacije, tj. troškovnika Grupa 52. Acidobazni analizatori

stavka 14 – navodite ima vanjski bar-kod čitač ("ruka")

Svaki proizvođač ima tehnološki drugačije rješenje, neki sa a neki bez integriranog bar-kod čitača. Smatramo da ovo nije presudna stavka da li je bar-kod odvojen ili ne. Stoga Vas molimo da promijenite stavku i omogućite javljanje ponuditelja koji imaju uređaj sa integriranim bar-kod čitačem. Ovom promjenom omogućili biste javljanje većeg broja kvalitetnih ponuditelja.

Prijedlog promjene stavke 14:

ima vanjski bar-kod čitač ("ruka") i/ili bar-kod čitač integriran u uređaj

stavka 20 – navodite potrošnja energije max. 80 VA

Svaki proizvođač ima drugačija tehnološka rješenja, i ugrađene elektroničke komponente, motore, detektore itd. Molimo da omogućite i veću električnu potrošnju uređaja pri radu (koja je i dalje malena).

Prijedlog promjene stavke 1.6:

potrošnja energije max. 250 VA.

stavka 21 – navodite mjerno područje:

pH 6,001 - 8,000
pO₂ 0,0 - 100,0 kPa
pCO₂ 0,0 - 33,0 kPa
Hct 0,120 - 0,750
Na⁺ 80 - 200 mmol/L
K⁺ 0,50 - 9,00 mmol/L
Cl⁻ 40 - 160 mmol/L
Ca⁺⁺ 0,20 - 5,00 mmol/L

Naš uređaj isto može zadovoljiti navedene specifikacije ali u malo drugačijem opsegu. Promjenom navedenih parametara ne bi utjecali na performanse traženog uređaja, a omogućili bi javljanje većeg broja kvalitetnih ponuditelja, te Vas molimo da promijenite specifikacije na slijedeći način.

Prijedlog promjene stavke 21:

pH 6,000 - 8,000
pO₂ 0,7 – 95,0 kPa
pCO₂ 1,4 - 26,6 kPa
Hct 6% – 65%
Na⁺ 80 - 200 mmol/L
K⁺ 1,0 - 9,00 mmol/L
Cl⁻ 50 - 160 mmol/L
Ca⁺⁺ 0,50 - 5,00 mmol/L“

Naručitelj Opća bolnica Varaždin odgovara slijedeće:

- **Stavka 14** - Prihvaća se prijedlog izmjene stavke 14. koja sada glasi: „**ima vanjski bar-kod čitač ("ruka") i/ili integrirani bar-kod čitač**“

- **Stavka 20** – Ne prihvaća se prijedlog izmjene stavke 20.

Tražena je navedena specifikacija potrošnje energije u svrhu uštede i predviđene upotrebe uređaja u radu bez potrebe za direktnim priključenjem na mrežu električne energije (rad na UPS).

- **Stavka 21** - Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene na način da su mjerni rasponi:

pH 6,000 - 8,000
pO₂ 0,7 – 95,0 kPa
pCO₂ 1,4 - 26,6 kPa
Hct do 0,650
Na⁺ 80 - 200 mmol/L
K⁺ 1,0 - 9,00 mmol/L
Cl⁻ 50 - 160 mmol/L

osim za analit Ca⁺⁺ koji se NE mijenja zbog potrebe analize uzoraka krvi pacijenata s kritičnim vrijednostima te on ostaje „Ca⁺⁺ 0,20 - 5,00 mmol/L“

Shodno navedenom, mijenjaju se Tehničke specifikacije predmeta nabave, kao Priloga 3. Poziva i Dokumentacije za provedbu postupka nabave roba, radova i usluga na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi. Iste su kao zaseban dokument priložene ovoj I. Izmjeni i objašnjenju te su ih zainteresirani gospodarski subjekti koji podnose ponudu obavezni popuniti, potpisati, ovjeriti i uz ostale tražene dokumente dostaviti u svojoj ponudi.

Naručitelj mijenja točku 19. Poziva i Dokumentacije:

„19. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude:

Rok za dostavu ponuda je 16.07.2021. godine do 10,00 sati.

Otvaranje ponuda nije javno i provodi ga Stručno povjerenstvo za nabavu – ovlašteni predstavnici Naručitelja, imenovani od strane Naručitelja.

Ponuda se dostavlja preporučenom poštom na adresu Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1, 42 000 Varaždin, osobnom dostavom u Pisarnicu Opće bolnice Varaždin, radnim danom u vremenu od 08,00 do 14,00 sati ili elektroničkim putem na adresu: javna.nabava@obv.hr.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.“

Ostali dijelovi Poziva i Dokumentacije ostaju nepromijenjeni.

**Ravnatelj:
prim.dr.sc. Nenad Kudelić, dr.med.,v.r.**