



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

I. Meštrovića 1
42000 Varaždin

Centrala tel.: ++385 42 39 30 00
Ravnatelj tel.: ++385 42 39 35 00
Telefax: ++385 42 21 32 41

Žiro račun: IBAN HR4723600001102709395
Zagrebačka banka d.d.

Mat. br.: 03376982
šifra djel.: 85110
OIB 59638828302

<http://www.obv.hr>

e-mail: bolnica@obv.hr

Broj: 02/1-1945/2/2-2022.

Varaždin, 20.07.2022.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Izvješće o provedenom Prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: NAPRAVE ZA VENEPUNKCIJU I UZIMANJE KRV

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupku javne nabave robe velike vrijednosti, Naručitelj Opća bolnica Varaždin je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, dana 08.07.2022. godine objavila Poziv na prethodno savjetovanje te Nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim Tehničkim specifikacijama i Troškovnikom predmeta nabave: NAPRAVE ZA VENEPUNKCIJU I UZIMANJE KRV te pozvala sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, a koji se odnose na opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Nakon završenog prethodnog savjetovanja, a sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) te članku 9. stavku 6. i članku 10. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), Naručitelj Opća bolnica Varaždin je izradila

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naziv i OIB Naručitelja: Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1, 42 000 Varaždin, OIB: 59638828302

Evidencijski broj nabave: 3.18.-22-VV-63

Predmet nabave: NAPRAVE ZA VENEPUNKCIJU I UZIMANJE KRV

Datum početka prethodnog savjetovanja: 08.07.2022. godine

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 14.07.2022. godine

Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak: Tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak.

Tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu:

Na primjedbu i prijedlog gospodarskog subjekta koji glasi:

„Poštovani,

Vezano uz pripremu dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Naprave za venepunkciju i uzimanje krvi koju provodi Opća bolnica Varaždin u nastavku dostavljamo naše prijedloge za objavu Troškovnika.

Sukladno odredbama članka 202. Zakona o javnoj nabavi, lijepo vas molimo za izmjenu troškovnika u vezi s objavljenom dokumentacijom za predmet nabave: Naprave za venepunkciju i uzimanje krvi, evidencijski broj nabave: 3.18.-22-VV-63

U svrhu omogućavanja ravnopravnog sudjelovanja u predmetnom postupku javne nabave svim ponuditeljima, a ne isključivo pogodovanju određenom gospodarskom subjektu, a sve radi otvaranja javne nabave tržišnom natjecanju, lijepo molimo izmjene specifikacije proizvoda na način kako slijedi.

PREDMET NABAVE: NAPRAVE ZA VENEPUNKCIJU I UZIMANJE KRV

U grupi troškovnika molimo izmjenu stavki pod rednim brojem: 1, 9., 10., 11., 12., 13., 37., 38. u dijelu opisa tehničke specifikacije te brisanje stavke 28. iz grupe troškovnika kako slijedi:

Redni broj	OPIS	IZMJENA
1.	Epruveta za biokemijske pretrage, sa aktivatorom zgrušavanja , 16×100 mm, 10 ml	Epruveta za biokemijske pretrage, sa aktivatorom zgrušavanja , 16×100 mm, 9-10 ml
9.	Staklena epruveta za koagulacijske pretrage s antikoagulansom 0,105-0,109 M Na-citrat „ dim: 13×75 mm, 4,5 ml	Staklena ili plastična epruveta za koagulacijske pretrage s antikoagulansom 0,105-0,109 M Na-citrat „ dim: 13×75 mm, 3,5 ml – 4,5 ml
10.	Epruvete za koagulacijske pretrage 1,8ml DUPLA, plastika zataljena, s antikoagulansom- 0,105-0,109 M Na-citrat ,punjenje do kraja dim.13x75	Epruvete za koagulacijske pretrage 1,8ml – 2ml DUPLA, plastika zataljena, s antikoagulansom- 0,105-0,109 M Na-citrat ,punjenje do kraja dim.13x75
11.	Epruvete za koagulacijske pretrage 2,7 ml DUPLA, plastika zataljena, s antikoagulansom- 0,105-0,109 M Na-citrat, punjenje do kraja dim.13x76	Epruvete za koagulacijske pretrage 2,7 ml – 3 ml DUPLA, plastika zataljena, s antikoagulansom- 0,105-0,109 M Na-citrat, punjenje do kraja dim.13x76
12.	Epruveta za transport i čuvanje plazme, s antikoagulansom k2EDTA i gelom, dim: 16×100mm, vol. 8,5 ml	Epruveta za transport i čuvanje plazme, s antikoagulansom k2EDTA i gelom, dim: 16×100mm, vol. 8 ml - 8,5 ml
13.	"Epruvete staklena za sedimentaciju vol. 1,6ml - dim.13x75mm, sa antikoagulansom Na citrat"	"Epruvete staklena za sedimentaciju vol. 1,6ml – 2 ml - dim.13x75mm, sa antikoagulansom Na citrat"
28.	Štrcaljka sa suhim kalcij balansiranim heparinom za prikupljanje arterijalne krvi , 3 ml i iglom sa integriranim sigurnosnim preklopnikom, Luer lok spoj igle i šprice	Molimo brisanje stavke iz grupe troškovnika
37.	Staklena epruveta za biokemijske pretrage, bez aditiva, 13×75 mm, 5 ml	Staklena epruveta za biokemijske pretrage, bez aditiva, 13×75 mm, 5 ml – 6 ml
38.	"Epruveta s antikoagulansom K2EDTA, za hematološke pretrage dim: 16×100 mm, 10 ml"	"Epruveta s antikoagulansom K2EDTA, za hematološke pretrage dim: 16×100 mm, 9 ml - 10 ml

Obrazloženje:

Stavke redni br.: 1, 9., 10., 11., 12., 13., 28., 37., 38.

Gore navedene stavke licencirane su isključivo za jednog proizvođača.

U svim epruvetama za vađenje venske krvi postoji vacuum i sve epruvete imaju isti princip otvaranja čepa.

Napominjemo kako je potrebno dodati dimenzije epruveta u tehničkim specifikacijama s obzirom na važnost standardiziranih dimenzija, dok je raspon volumena potrebno prilagoditi svim ponuditeljima.

U opisu predmeta nabave pogoduje se isključivo određenom gospodarskom subjektu, tehnička specifikacija ne omogućuje jednak pristup ostalim ponuditeljima, stvara neopravdane prepreke, ne omogućuje podnošenje ponuda koje odražavaju različitost te direktno upućuje na određene proizvode.

Svi ostali proizvođači prisutni na hrvatskom tržištu nude proizvode izrađene od plastike koje ima i gospodarski subjekt kojem se u ovom slučaju pogoduje, te isti jedino zbog tehničkih rješenja epruvete s većim volumenom izrađuju u staklu.

Traženje staklenih epruveta je taj da se diskreditiraju ostali ponuditelji te nema nikakve osnove u smislu funkcionalnosti jer ne utječe na rezultate pretraga te je potpuno svejedno je li proizvod izrađen u plastici ili staklu.

Naš dobavljač proizvodi isključivo medicinsku plastiku u gore navedenim stavkama epruvete koje su jednakovrijedne staklenim epruветama.

Stavka redni br.: 28.

Stavka 28. iz troškovnika opisa tehničke specifikacije odgovara isključivo jednom gospodarskom subjektu te je licencirana poradi zaključavanja grupe.

Lijepo molimo za brisanje navedene stavke iz grupe Troškovnika kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

Slijedom gore navedenog, ljubazno molimo da uvažite prijedloge za izmjenama kako bi mogli zadovoljiti zadane kriterije, uz napomenu da se ne smanjuje kvaliteta ponuđene stavke, a navedena izmjena će nam omogućiti ravnopravno sudjelovanje u predmetnom nadmetanju.

Unaprijed zahvaljujemo.“

Naručitelj Opća bolnica Varaždin odgovara kako slijedi:

STAVKA 1.

Prihvaća se prijedlog izmjene, (dodaje se u stavci 1. volumen /9 – 10ml)

1.	Epruveta za biokemijske pretrage, sa aktivatorom zgrušavanja , 16×100 mm, 9 -10 ml
----	---

STAVKA 9.

Prijedlog izmjene se djelomično prihvaća (volumen 3,5-4,5 ml)

9.	Staklena epruveta za koagulacijske pretrage s antikoagulansom 0,105-0,109 M Na-citrat „, dim: 13×75 mm, 3,5 -4,5 ml
----	--

Ne prihvaća se nuđenje plastične epruvete iz slijedećih razloga:

Staklena epruveta 4,5 ml koagulacija je zlatni standard, prema njoj su na svjetskoj razini validirane/evaluirane sve ostale epruvete za koagulaciju.

Osjetljivost koagulacijskih testiranja je dobro poznata i važnost stakla u kombinaciji sa tekućim aditivom u točnom omjeru je neprikosnovena. Netočni koagulacijski rezultati mogu imati neželjene posljedice za pacijenta (krvarenje, nepotrebna transfuzija, zgrušavanje ...).

Staklo je inertni materijal, a što je za potrebe koagulacije od izuzetne važnosti, jer postoji interakcija krvi sa površinom epruvete, što može imati važnost kod rezultata tromboza ili krvarenja, vezano za rezultate PV i APTV vrijednosti. Tu dolazi do izražaja bitna prednost staklene epruvete u odnosu na plastičnu (Preanalytical Variables in the Coagulation Laboratory, Jeffry B. Lawrence, MD, laboratorymedicine> january 2003).

U ovoj epruveti staklo je silikonizirano i maksimalno smanjuje aktivaciju trombocita. Epruveta se puni do vrha i tekući antikoagulans na dnu staklene stjenke epruvete omogućuje nesmetano i izuzetno pouzdano miješanje.

Točni rezultati za pacijenta i točna dijagnoza (a u skladu sa svim nacionalnim i međunarodnim preporukama i zakonima) predstavljaju glavni parametar izbora materijala i aditiva.

STAVKA 10.

Prihvaća se prijedlog izmjene (volumen 1,8ml - 2ml)

10.	Epruvete za koagulacijske pretrage 1,8ml - 2ml DUPLA, plastika zataljena, s antikoagulansom- 0,105-0,109 M Na-citrat ,punjenje do kraja dim.13x75
-----	--

STAVKA 11.

Prihvaća se prijedlog izmjene (volumen 2,7ml - 3ml)

11.	Epruvete za koagulacijske pretrage 2,7ml - 3ml DUPLA, plastika zataljena, s antikoagulansom- 0,105-0,109 M Na-citrat, punjenje do kraja dim.13x76
-----	--

STAVKA 12.

Prihvaća se prijedlog izmjene (volumen 8ml -8,5 ml)

12.	Epruveta za transport i čuvanje plazme, s antikoagulansom k2EDTA i gelom, dim: 16x100mm, vol. 8ml -8,5 ml
-----	---

STAVKA 13.

Prijedlog izmjene djelomično se prihvaća (volumen 1,6 - 2 ml)

13.	Epruveta staklena za sedimentaciju vol. 1,6ml - 2ml, dim.13x75mm, sa antikoagulansom Na citrat
-----	--

Ne prihvaća se nuđenje plastične epruvete.

OBRAZLOŽENJE:

U eksperimentalnom radu vrijednosti se razlikuju za staklene i plastične epruvete. Rezultati u plastičnim epruvetama za sedimentaciju nisu u skladu sa sedimentacijskom metodom iz razloga što se krv dalje prenosi u pipetu, te ukoliko postoji mogućnost stvaranja ugruška, potencijalna je vjerojatnost

nemogućnosti ulaska krvi u pipetu, dok staklo smanjuje mogućnost slijepljenosti stanica uz stjenku epruvete. Iz navedenih razloga ne prihvaćamo nuđenje plastične epruvete.

STAVKA 28.

Prijedlog izmjene se ne prihvaća.

OBRAZLOŽENJE:

Predmet nabave određen je sukladno našim stvarnim potrebama i zahtjevima struke.

U bolnici postoji radna praksa po kojoj se zahtjeva kompatibilnost venskog i arterijskog sustava za vađenje krvi, budući da se osim plinova određuju i drugi parametri (laktoza, ph, Na, K, Cl, iCa, Hct, Hb, Glu).

Arterijske štrcaljke koristimo, ovisno o pacijentu za različite kombinacije spomenutih parametara, ponekada vadimo samo ionizirani Ca^{2+} te kod teških pacijenata, zbog invazivnosti arterijskog uzorkovanja ponekada vadimo vensku krv, pogotovo za parametre čije se referentne vrijednosti ne razlikuju za arterijsku i vensku krv, tako da arterijske štrcaljke trebaju ostati predmetom iste grupe.

Ističemo važnost luer lok spoja štrcaljke i igle pri samoj bolničkoj njezi, tj. kompatibilnosti sa stavkom 22. „Adapter za kanilu, luer“, kao i nemogućnost ulaska plinova u samu hepariniziranu štrcaljku, a što je presudno za točnost parametara pri analiziranju plinova u krvi.

STAVKA 37.

Prijedlog izmjene se ne prihvaća.

OBRAZLOŽENJE:

Epruvete-staklo zahtijevaju se iz više razloga: minimaliziranje interferencija u kemijskim reakcijama u staklenoj ambalaži (smanjenje analitičke pogreške, točniji rezultat nalaza), naročito kod oštećenih plastičnih epruveta, veća termička otpornost stakla u odnosu na plastiku, otpornost na ogrebotine, mogućnost višekratnog korištenja uz postupak sterilizacije, smanjenje količina infektivnog otpada, što rezultira smanjenjem troška za zbrinjavanje istog itd.

Ne prihvaća se nuđenje volumena 6 ml, jer predloženi volumen ne odgovara traženoj dimenziji koja je navedena u troškovniku (traži se dimenzija epruvete 13x75 mm).

STAVKA 38.

Prihvaća se prijedlog izmjene (volumen 9ml- 10ml)

38.	Epruveta s antikoagulansom K2EDTA, za hematološke pretrage dim: 16x100 mm, 9ml -10 ml
-----	---

ZAKLJUČAK:

Navedeni opisi ne podupiru ni jednog ponuditelja, već su u tehničkoj specifikaciji definirane karakteristike proizvoda kako bi se izbjegle nepotrebne predanalitičke pogreške, a iste su u skladu sa CLSI međunarodnim i EFLM europskim preporukama.

Obzirom na radno okruženje, sigurnost, praktičnost u cilju postizanja maksimalnih rezultata u minimalnom vremenu, objavljena tehnička specifikacija predstavlja najbolji omjer djelotvornosti i troškova za Opću bolnicu Varaždin.

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) te članku 11. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), Naručitelj Opća bolnica Varaždin ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Ravnatelj:
Damir Poljak, mag.soc.geront.

