



Centrala tel.: ++385 42 39 30 00 Žiro račun: IBAN HR4723600001102709395 Mat. br.:03376982
Ravnatelj tel.: ++385 42 39 35 00 Zagrebačka banka d.d. šifra djel.: 85110
Telefax: ++385 42 21 32 41 OIB 59638828302
<http://www.obv.hr> e-mail:bolnica@obv.hr

Broj: 02/1-1969/2/1-2022.

Varaždin, 14.07.2022.

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

**Predmet: I. Izmjene i objašnjenje Poziva i Dokumentacije za provedbu postupka nabave
roba, radova i usluga na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi**

Naručitelj Opća bolnica Varaždin, vrši i objavljuje:

**I. IZMJENE I OBJAŠNENJE DOKUMENTACIJE ZA PROVEDBU POSTUPKA NABAVE
ROBA, RADOVA I USLUGA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI
ZA PREDMET NABAVE:**

**MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA ZA REDOVNE POTREBE po grupama –
Grupa 43. EKG uređaji**

Evidencijski broj nabave: 21.1.-22-J-63

na način kako slijedi:

1. Na upit gospodarskog subjekta, koji glasi:

„Poštovani,

Pregledom tehničke specifikacije u dokumentaciji za nabavu medicinsko-dijagnostičke opreme, zaključujemo da određene specifikacije ne jamče uređaj najbolje klase, te onemogućuje javljanje većem broju Ponuditelja. Sve navedene tehničke specifikacije u troškovniku može udovoljiti isključivo samo EKG uređaji proizvođača Schiller što nije u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Javljanje većeg broja Ponuditelja omogućuje pozitivnu konkurenciju među Ponuditeljima, a Vašoj ustanovi daje veći izbor kvalitetnih uređaja, kvalitetniju podršku nakon prodaje i u konačnici najpovoljniju cijenu.

Smatramo da ovom nabavom možete i trebate dobiti uređaje boljih tehničkih mogućnosti od traženih, ali specifikacijama je Vaša ustanova vezana samo za 2 uređaja iznad navedenog proizvođača. Stoga Vas molimo da razmotrite sljedeće prijedloge izmjena u tehničkoj specifikaciji kojima se ne umanjuju tehničke kvalitete uređaja i opreme, niti se eliminira konkurencija između

Ponuditelja, a omogućuje se većem broju Ponuditelja sudjelovanje u postupku nabave. U nastavku su izmjene/pojašnjenja koje tražimo:

1. Stavka 1.1. – „EKG uređaj dimenzija max. 290x190x75 mm“

Predlažemo izmjenu stavke na način da glasi: „EKG uređaj dimenzija max. 365x270x140 mm“. Neznatno povećanje dimenzija uređaja ne utječe na funkcionalnost uređaja.

2. Stavka 1.2. – „Ugrađeni LCD zaslon u boji dijagonale min. 12 cm“

Predlažemo izmjenu stavke na način da glasi: „Ugrađeni LCD zaslon u boji dijagonale min. 17 cm“.

Istovremeno snimanje i prikaz svih 12 kanala zahtjeva velik i pregledan ekran kako bi se omogućila jasna slika pacijentovog stanja. Ovime se poboljšavaju tehničke mogućnosti EKG uređaja.

3. Stavka 1.16. – „Težina max. 2 kg uključujući papir“

Predlažemo izmjenu stavke tako da glasi: „Težina: max. 5kg“.

Suvremeniji i bolji uređaji koriste veći papir, imaju veći zaslon i stoga su nešto većih dimenzija od traženih, te su samim time i nešto teži. Smatramo da je maksimalna težina uređaja od 5 kg itekako prihvatljiva, uređaj je i dalje lako prenosiv, a tehničke funkcionalnosti su bolje od traženih.

4. Stavka 2.2. - „Ugrađeni LCD zaslon min. 110x85 mm efektivnog područja prikaza“

Predlažemo izmjenu stavke tako da glasi: „Ugrađeni LCD zaslon dijagonale min. 20 cm“.

Smatramo da je traženi prikaz od 110 x 85 mm daleko premali za 12-kanalni uređaj kojeg tražite. Povećanjem zaslona olakšava se rad, povećava se preglednost i mogućnost očitavanja slike pacijenta.

5. Stavka 2.3.: „Razlučivost LCD zaslona min. 320x240 točaka“

Predlažemo izmjenu stavke tako da glasi: „Razlučivost LCD ekrana min. 800x600 točaka“.

Tražimo izmjenu stavke iz istih razloga kao i stavku iznad. Razlučivost ekrana od 320x240 točaka je premalo za kvalitetu prikaza na 12-kanalnom EKG uređaju.

6. Stavka 2.10. - „Softver za mjerenje i automatski interpretaciju s preporukom trombolize uključen“

Predlažemo izmjenu stavke tako da glasi: „Uređaj obavlja automatsku interpretaciju i mjerenja“.

Traženi softver ima samo proizvođač Schiller i takav softver se dodatno naplaćuje. Suvremeni 12-kanalni uređaji imaju automatsku interpretaciju i mjerenja koja su dostatna za svakog liječnika. Između ostalog, liječnik bi osobno morao interpretirati ekg sliku, dok mu interpretacija uređaja služi samo kao pomoć.

7. Stavka 2.15. - „Mogućnost nadogradnje spirometrije“

Predlažemo brisanje stavke jer je to opcija Schillerovih uređaja, a koja nije bitna za funkcionalnost uređaja u ovom postupku nabave.

8. Stavka 2.18. - „Mogućnost nadogradnje ergometrije“

Predlažemo brisanje stavke jer stavka nije bitna za funkcionalnost ekg uređaja koji su traženi u ovom postupku nabave. Navedena mogućnost nadogradnje samo nepotrebno povećava cijenu EKG uređaja. Danas postoje mnoga rješenja za snimanje ekg-a u pokretu koja su puno bolja i jednostavnija za pacijenta od stacionarnog EKG uređaja koji je tražen u ovom postupku.

Kao što je vidljivo, izmjena tehničkih specifikacija ide u prilog Vašoj ustanovi te biste izmjenom mogli dobiti kvalitetniji i veći izbor uređaja od trenutno traženih. Nadamo se da ćete razmisliti i potvrditi predložene izmjene u svoju korist.“

Naručitelj Opća bolnica Varaždin odgovara slijedeće:

- Stavka 1.1. – „EKG uređaj dimenzija max. 290x190x75 mm“

Ne prihvaća se prijedlog izmjene stavke 1.1. iz razloga što tražena tehnička specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu.

- Stavka 1.2. – „Ugrađeni LCD zaslon u boji dijagonale min. 12 cm“

Ne prihvaća se prijedlog izmjene stavke 1.2. iz razloga što tražena tehnička specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu, obzirom da se radi o minimalnoj dimenziji čime je dozvoljeno nuđenje jednake ili veće dimenzije zaslona u boji.

- Stavka 1.16. – „Težina max. 2 kg uključujući papir“

Prihvaća se prijedlog izmjene stavke 1.16. te se ista mijenja u Tehničkim specifikacijama grupe predmeta nabave.

- Stavka 2.2. - „Ugrađeni LCD zaslon min. 110x85 mm efektivnog područja prikaza“

Ne prihvaća se prijedlog izmjene stavke 2.2. iz razloga što tražena tehnička specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu, obzirom da se radi o minimalnom efektivnom području prikaza čime je dozvoljeno nuđenje jednakog ili većeg efektivnog područja prikaza.

- Stavka 2.3.: „Razlučivost LCD zaslona min. 320x240 točaka“

Ne prihvaća se prijedlog izmjene stavke 2.3. iz razloga što tražena tehnička specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu, obzirom da je dozvoljeno nuđenje jednake ili veće razlučivosti LCD zaslona.

- Stavka 2.10. - „Softver za mjerenje i automatski interpretaciju s preporukom trombolize uključen“

Ne prihvaća se prijedlog izmjene stavke 2.10. iz razloga što bi tražena izmjena specifikacije ujedno utjecala i na kvalitetu traženog uređaja te se sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom ne prihvaća. Smatramo da je važno korištenje najnovijih pomoćnih programa radi što pravilnijeg postavljanja dijagnoze i adekvatnog liječenja nabavom medicinsko dijagnostičke opreme.

- Stavka 2.15. - „Mogućnost nadogradnje spirometrije“

Prihvaća se prijedlog brisanja stavke 2.15. te se ista briše iz Tehničkih specifikacija grupe predmeta nabave.

- Stavka 2.18. - „Mogućnost nadogradnje ergometrije“

Prihvaća se prijedlog brisanja stavke 2.18. te se ista briše iz Tehničkih specifikacija grupe predmeta nabave.

Shodno navedenom, mijenjaju se Tehničke specifikacije predmeta nabave, kao Priloga 3. Poziva i Dokumentacije za provedbu postupka nabave roba, radova i usluga na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi. Iste su kao zaseban dokument priložene ovoj I. Izmjeni i objašnjenju te su

ih zainteresirani gospodarski subjekti koji podnose ponudu obavezni popuniti, potpisati, ovjeriti i uz ostale tražene dokumente dostaviti u svojoj ponudi.

Ostali dijelovi Poziva i Dokumentacije ostaju nepromijenjeni.

Ravnatelj:
Damir Poljak, mag.soc.geront.,v.r.