



Centrala tel.: ++385 42 39 30 00
Ravnatelj tel.: ++385 42 39 35 00
Telefax: ++385 42 21 32 41

<http://www.obv.hr>

Žiro račun: IBAN HR4723600001102709395
Zagrebačka banka d.d.

e-mail: bolnica@obv.hr

Mat. br.: 03376982
šifra djel.: 85110
OIB 59638828302

Broj: 02/1-1976/2/2-2022.

Varaždin, 25.07.2022.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Izvješće o provedenom Prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA ZA REDOVNE POTREBE PO GRUPAMA - Grupa 59. Uređaj za EMNG/EP

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupku javne nabave robe velike vrijednosti, Naručitelj Opća bolnica Varaždin je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, dana 12.07.2022. godine objavila Poziv na prethodno savjetovanje te Nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim Troškovnikom predmeta nabave: MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA ZA REDOVNE POTREBE PO GRUPAMA - Grupa 59. Uređaj za EMNG/EP te pozvala sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, a koji se odnose na opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Nakon završenog prethodnog savjetovanja, a sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) te članku 9. stavku 6. i članku 10. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), Naručitelj Opća bolnica Varaždin je izradila

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naziv i OIB Naručitelja: Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1, 42 000 Varaždin, OIB: 59638828302

Evidencijski broj nabave: 21.1.-22-VV-65

Predmet nabave: MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA ZA REDOVNE POTREBE PO GRUPAMA - Grupa 59. Uređaj za EMNG/EP

Datum početka prethodnog savjetovanja: 12.07.2022. godine

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 18.07.2022. godine

Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak: Tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak.

Tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu:

Na primjedbu i prijedlog gospodarskog subjekta koji glasi:

„Poštovani,

vezano uz objavljeno prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: Medicinska i laboratorijska oprema za redovne potrebe po grupama; Grupa 59. Uređaj za EMNG/EP; evidencijski broj nabave: 21.1.-22-VV-65, sukladno čl. 198. stavak 4) Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016; dalje u tekstu: Zakon), molimo Vas da razmotrite primjedbe i prijedloge za izmjenu Dokumentacije o nabavi.

Uvidom u dokument Troškovnik – GRUPA 59-1272022_131104 za Grupu 59.predmeta nabave, razvidno je da postavljene zahtjeve može zadovoljiti isključivo jedan proizvođač EMNG/EP uređaja – Nihon Khoden.

Slijedom navedenog ovim putem dostavljamo zahtjev za izmjenom tehničkih specifikacija, sukladno Excel tabeli naziva – „Tehnička specifikacija-5-kanalni EMNG-EP sustav“ (u privitku), kako bi se omogućilo da u otvorenom postupku javne nabave sudjeluju i drugi proizvođači uređaja koji su predmet ove nabave. Naime, prihvaćanjem predloženih izmjena Naručitelj bi osigurao istu funkcionalnost uređaja i zasigurno omogućio zaprimanje većeg broj ponuda čime bi se osiguralo tržišno natjecanje što je i primarni cilj postupaka javne nabave.

Minimalne tehničke specifikacije opisane na ovaj način onemogućavaju jednaki tretman gospodarskim subjektima na tržištu obzirom da specifikacije zadovoljava isključivo jedan gospodarski subjekt, samim time nije osigurano tržišno natjecanje. Osim toga određenom gospodarskom subjektu neopravdano je dana prednost dok su ostali na tržištu stavljeni u nepovoljan položaj.

Slijedom svega navedenog, trenutnom tehničkom specifikacijom nije omogućena učinkovita javna nabava te je zbog povrede načela tržišnog natjecanja vrlo upitno da li će postupak nabave rezultirati ekonomičnim trošenjem javnih sredstava.

Slijedom svega navedenog, te temeljem članka 198. stavak 4) Zakona molimo Vas da razmotrite naše primjedbe i prijedloge.“

Naručitelj Opća bolnica Varaždin odgovara kako slijedi:

Ne prihvaća se primjedba i prijedlog izmjene zainteresiranog gospodarskog subjekta.

OBJAŠNJENJE:

Naručitelj se u predmetnom postupku rukovodio spoznajom da na tržištu postoji više proizvođača/dobavljača tražene predmetne robe ostvarujući pravo da predmet nabave opiše tehničkim specifikacijama sukladno svojim potrebama poštujući odredbe ZJN 2016., i ujedno vodeći računa o kvaliteti. Prilogom 1. Dokumentacije o nabavi – Tehničkim specifikacijama grupe 59 predmeta nabave, propisane su minimalne tehničke karakteristike uređaja koje je gospodarski subjekt koji podnosi ponudu obavezan zadovoljavati, gdje je primjerice traženo najmanje 6-kanala, što omogućava nuđenje uređaja s više kanala, 8, 12, 16 ...

Kvaliteta izvođenja kognitivnih potencijala najbolja je ukoliko se izvodi na aparatu od najmanje 6-kanala. Uređaj koji naša ustanova traži treba zadovoljiti ne samo kvalitetu EMNG pretrage, već isto tako i EP, najviše kognitivnih.

Navedeni opisi ne podupiru ni jednog ponuditelja, već su u tehničkoj specifikaciji definirane karakteristike uređaja koje predstavljaju najbolji omjer djelotvornosti i troškova za Opću bolnicu Varaždin.

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) te članku 11. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), Naručitelj Opća bolnica Varaždin ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

 **Ravnatelj:**
Damir Poljak, mag.soc.geront.