



Centrala tel.: ++385 42 39 30 00
Ravnatelj tel.: ++385 42 39 35 00
Telefax: ++385 42 21 32 41

<http://www.obv.hr>

Žiro račun: IBAN HR4723600001102709395 Mat. br.: 03376982
Zagrebačka banka d.d. šifra djel.: 85110

OIB 59638828302

e-mail: bolnica@obv.hr

Broj: 02/1-2619/2/3-2022.

Varaždin, 22.09.2022.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Izvješće o provedenom Prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA ZA REDOVNE POTREBE PO GRUPAMA, Grupa 56. VNG sustav za ispitivanje ravnoteže sa rotacionom stolicom i uređajem za izvođenje video head impulse testa

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupku javne nabave robe velike vrijednosti, Naručitelj Opća bolnica Varaždin je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, dana 13.09.2022. godine objavila Poziv na prethodno savjetovanje te Nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim Troškovnicima predmeta nabave: MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA ZA REDOVNE POTREBE PO GRUPAMA, Grupa 56. VNG sustav za ispitivanje ravnoteže sa rotacionom stolicom i uređajem za izvođenje video head impulse testa te pozvala sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, a koji se odnose na opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Nakon završenog prethodnog savjetovanja, a sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) te članku 9. stavku 6. i članku 10. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), Naručitelj Opća bolnica Varaždin je izradila

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naziv i OIB Naručitelja: Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1, 42 000 Varaždin, OIB: 59638828302

Evidencijski broj nabave: 21.1.-22-VV-81

Predmet nabave: MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA ZA REDOVNE POTREBE PO GRUPAMA, Grupa 56. VNG sustav za ispitivanje ravnoteže sa rotacionom stolicom i uređajem za izvođenje video head impulse testa

Datum početka prethodnog savjetovanja: 13.09.2022. godine

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 19.09.2022. godine

Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak: Tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak.

Tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu:

Na primjedbu i prijedlog gospodarskog subjekta koji glasi:

1. PITANJE

Predmet nabave: MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA ZA REDOVNE POTREBE PO GRUPAMA – GRUPA 56. VNG SUSTAV ZA ISPITIVANJE RAVNOTEŽE SA ROTACIONOM STOLICOM I UREĐAJEM ZA IZVOĐENE VIDEO HEAD IMPULSE TESTA

Ev.br. nabave: 21.1.-22-VV-81

Predmet: PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZA IZMJENOM DOKUMENTACIJE U POSTUPKU PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAJNTERESIRANIM SUBJEKTIMA

Uvidom u dokumentaciju u postupku savjetovanja za nabavku *Medicinske i laboratorijske opremem za redovne potrebe po grupama, Grupa 56: VNG sustava za ispitivanje ravnoteže sa rotacionom stolicom i uređajem za izvođenje video head impulse testa, evidencijski broj nabave: 21.1.-22-VV-81*, vjerujemo da Naručitelju nije u namjeri bilo opisani predmet nabave prikazati na isključiv i diskriminirajući način protivno Zakonu o javnoj nabavi. Na opisan način isključeni su svi osim jednog gospodarskog subjekta. Molimo Vas da usvojite tražene izmjene kako bi se omogućilo uspoređivanje ponuda prema zadanim kriterijima većem broju gospodarskih subjekata zainteresiranih za natjecanje.

Želimo napomenuti da se prijedlogom za izmjenom ne vodimo umanjnjem tehničkih niti kliničkih svojstava kao ni funkcionalnosti opreme te da se istim izmjenama ne uskraćuje natjecanje ostalim renomiranim proizvođačima/distributerima.

1	Sustav za ispitivanje ravnoteže sa uređajem za videonistagmografiju za vestibularnu i okulomotronu analizu na hardverskoj platformi sa računalom, monitorom, laserskim printerom u boji, softverom za testiranje ravnoteže, LCD TV monitorom ili svjetlosnom trakom. 1 kpl. Obvezni standardni protokoli/testovi:
1.1.	<i>spontani nistagmus test,</i>
1.2.	<i>bitermalni kalorijski test,</i>
1.3.	<i>test položaja,</i>
1.4.	<i>Dix-Hallpikeov test</i>
1.5.	<i>test fiksiranog pogleda (eng. gaze test),</i>
1.6.	<i>test sekada,</i>

1.7.	<i>Smooth Pursuit test - test praćenja.</i>
1.8.	<i>otokinetički test</i>
1.9.	Spajanje minimalno USB 2.0
1.10.	Video naočale binokularne sa 2 IR kamere, 1 kom.
1.11.	Bežični daljinski upravljač ili nožni prekidač za povezivanje sa računalom
1.12.	Isporuka uređaja s odgovarajuće računalom, odgovarajućim softverom za vng, za nadzor i upravljanje VNG sustavom, 1 kpl.
1.13.	Softver za bazu pacijenata, vng testiranje, obradu i arhiviranje VNG podataka i ispis nalaza, instaliran na računalo
1.14.	Kolor laser printer za ispis formata A4, povezan na računalo 1kom
1.15.	HD TV monitor ovješn na zid, dijagonale ekrana 145 cm ili svjetlosnom trakom (eng. light bar) povezan sa računalom 1 kom.

2	Uređaj za video impulsni test glave za brzu i objektivnu procjenu funkcije vestibularnog okularnog refleksa i spontanog nistagmusa pri procjeni vestibularnih poremećaja. 1 kpl
2.1.	Računalno sučelje: minimalno USB 2.0.
2.2.	Kamera: monookularna ili binokularna
2.3.	Težina naočala sa kamerom maksimalno 75 grama.
2.4.	Frekvencija uzorkovanja minimalno 220 Hz.
2.5.	Senzor za praćenje glave mjerenjem inercije pomoću žiroskopa sa 6 stupnjeva slobode.
2.6.	Minimalni standardni testovi/protokoli: <i>spontani nistagmus, vHIT (RALP, LARP i horizontalni) i SHIMP</i>
2.7.	Softver za mjerenje i analizu podataka sa bazom pacijenata.
2.8.	Isporučka uređaja s zasebnim odgovarajućim računalom za upravljanje vHIT uređaja.
2.9.	Uređaj se isporučuje spreman za uporabu, sa odgovarajućim prijenosnim računalom i instaliranim softverom.
2.10.	Software za bazu pacijenata, pohranu, pregled i ispis mjernih rezultata konfiguriran za mrežni rad na korisnikovoj mrežnoj instalaciji.

3	Uređaj za kalorijsku termalnu stimulaciju nistagmusa zrakom, 1 kpl, prema specifikaciji:
3.1.	Hladan podražaj minimalno: od 20°C do 30°C
3.2.	Topli podražaj minimalno: od 40°C do 50°C
3.3.	Protoka zraka minimalno: 9 litara/min.
3.4.	Otoskop integriran u mlaznici
3.5.	Mogućnost korištenja preko softwera na računalu ili kao samostalne jedinice
4	Hidraulički stolac za pacijenta, 1 kom.
4.1.	Obvezno rotiranje stolca za 360° uz mogućnost spuštanja naslona do minimalno 120°
4.2.	Sinhrono pomicanje naslona za noge i leđa (spuštanje naslona leđa dok se podiže naslon za noge)

1. ODGOVOR

Naručitelj Opća bolnica Varaždin odgovara kako slijedi:

Za stavku 1. i 2. traženih Tehničkih specifikacija

Ne prihvaća se primjedba i prijedlog izmjene zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Naručitelj se u predmetnom postupku rukovodio spoznajom da na tržištu postoji više proizvođača/dobavljača tražene predmetne robe ostvarujući pravo da predmet nabave opiše tehničkim specifikacijama sukladno svojim potrebama poštujući odredbe ZJN 2016. i ujedno vodeći računa o kvaliteti.

Prilogom 1. Dokumentacije o nabavi – Tehničkim specifikacijama Grupe 56. predmeta nabave, propisane su minimalne tehničke karakteristike sustava koje je gospodarski subjekt koji podnosi ponudu obavezan zadovoljavati.

Naručitelj traži VNG sustav za ispitivanje ravnoteže sa rotacionom stolicom i uređajem za izvođenje video head impulse testa. Traži se sustav koji mora zadovoljiti tražene testove navedene u Tehničkim specifikacijama. Traži se sustav bez obzira na broj ponuđenih uređaja u sklopu predmetnog sustava.

Kako bi se izbjegle nedoumice Naručitelj mijenja stavku 1. Tehničkih specifikacija, koja sada glasi:

1.	Sustav za video ispitivanje okulomotorike i video head impulse testa (video naočale s ugrađenom kamerom i laserima za kalibraciju i provođenje testova) s računalom i printerom te svim pripadajućim softwareom i licencama; naočale za ispitivanje vHIT-a maksimalne težine 80 g
----	--

Za stavku 3. (podstavke 3.1, 3.2., 3.3.) traženih Tehničkih specifikacija

Ne prihvaćaju se prijedlozi izmjena zainteresiranog gospodarskog subjekta. Tehničke specifikacije nisu ograničavajuće za više gospodarskih subjekata te ne stvaraju neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu, s obzirom da se u stavkama 2., 2.1., 2.2. i 2.3. radi o rasponu čime je dozvoljeno nuđenje unutar istog.

2. PITANJE

PREDMET: Upit za izmjenu i pojašnjenje dokumentacije u otvorenom postupku javne nabave 21.1.-22-VV-81 za predmet nabave:

MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA ZA REDOVNE POTREBE PO GRUPAMA

Grupa 56. VNG sustav za ispitivanje ravnoteže sa rotacionom stolicom i uređajem za izvođenje video head impulse testa

Poštovani,

Kako bi postupak nadmetanja bio transparentan, sukladno ZJN, Dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna, razumljiva i nedvojbeno te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda, opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu, a tehničke specifikacije moraju svim gospodarskim subjektima omogućiti jednak pristup postupku javne nabave i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju.

Stoga ovim putem molimo slijedeće izmjene:

Pod točkom 1. traži se: „Uređaj za video ispitivanje okulomotorike i video head impulse testa (video naočale s ugrađenom kamerom i laserima za kalibraciju i provođenje testova) s računalom i printerom te svim pripadajućim softwareom i licencama; naočale za ispitivanje vHIT-a maksimalne težine 80 g, 1 kom.“

Molimo izmjenu u: 1. „Uređaj za video ispitivanje okulomotorike i video head impulse testa (video naočale s ugrađenom kamerom i laserima za kalibraciju i provođenje testova) s računalom i printerom te svim pripadajućim softwareom i licencama; naočale za ispitivanje vHIT-a, 1 kom.“

Obrazloženje:

Ograničavanjem težine vHIT naočala na 80 g renomirani proizvođači uređaja za vHIT pretrage koji nude veće mogućnosti testiranja, sofisticiranije dodatke koje olakšavaju proces testiranja i rad stručnom medicinskom osoblju nisu u mogućnosti sudjelovati u javnom nadmetanju stoga molimo da se takav ograničavajući faktor briše. Ovom minimalnom izmjenom podiže se funkcionalna i uporabna vrijednost opreme te ujedno omogućuje većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata sudjelovanje u javnom nadmetanju.

Pod točkom 2.4. traži se: „Otoskop integriran u mlaznici“

Molimo izmjenu u: 2.4. „Otoskop obavezan uz mlaznicu“

Obrazloženje:

Ovom minimalnom izmjenom omogućuje se većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata pristupanje javnom nadmetanju. Pri tome ne smanjuju se mogućnosti u kliničkoj primjeni.

Nije nam cilj umanjiti funkcionalna ni klinička svojstva predmetne opreme već samo omogućiti većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata istih ili boljih rješenja sudjelovanje u javnom nadmetanju.

U iščekivanju pozitivnog rješenja srdačno Vas pozdravljamo.

2. ODGOVOR

Za stavku 1. Tehničkih specifikacija

Ne prihvaća se tražena izmjena u opisu specifikacije za stavku 1. Tehničkih specifikacija. Predmet nabave opisan je sukladno potrebama Naručitelja jasno, nedvojbeno i neutralno, na način da više proizvođača mogu zadovoljiti zahtijevane karakteristike.

Naručitelj traži naočale za ispitivanje vHIT-a maksimalne težine 80 g iz razloga njihove male težine i kompaktnosti. Preteške naočale mogu uzrokovati, zbog inercije, dobivanje pogrešnih podataka testova.

Za stavku 2.4. Tehničkih specifikacija

Ne prihvaća se tražena izmjena u opisu specifikacije za stavku 2.4. Tehničkih specifikacija. Predmet nabave opisan je sukladno potrebama Naručitelja jasno, nedvojbeno i neutralno, na način da više proizvođača mogu zadovoljiti zahtijevane karakteristike.

Naručitelj traži otoskop integriran u mlaznici iz razloga potrebe da se točno vidi kuda puše zrak.

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) te članku 11. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), Naručitelj Opća bolnica Varaždin ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Ravnatelj:
Damir Poljak, mag.soc.geront., v.r.