



Centrala tel.: ++385 42 39 30 00 Žiro račun: IBAN HR4723600001102709395 Mat. br.:03376982
Ravnatelj tel.: ++385 42 39 35 00 Zagrebačka banka d.d. šifra djel.: 85110
Telefax: ++385 42 21 32 41 OIB 59638828302
<http://www.obv.hr> e-mail:bolnica@obv.hr

Broj: 02/1-2618/2/2-2022.

Varaždin, 27.09.2022.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Izvješće o provedenom Prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA ZA REDOVNE POTREBE PO GRUPAMA - Grupa 86. UZV aparat

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupku javne nabave robe velike vrijednosti, Naručitelj Opća bolnica Varaždin je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, dana 16.09.2022. godine objavila Poziv na prethodno savjetovanje te Nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim Troškovnicima predmeta nabave: MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA ZA REDOVNE POTREBE PO GRUPAMA - Grupa 86. UZV aparat te pozvala sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, a koji se odnose na opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Nakon završenog prethodnog savjetovanja, a sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) te članku 9. stavku 6. i članku 10. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), Naručitelj Opća bolnica Varaždin je izradila

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naziv i OIB Naručitelja: Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1, 42 000 Varaždin, OIB: 59638828302

Evidencijski broj nabave: 21.1.-22-VV-80

Predmet nabave: MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA ZA REDOVNE POTREBE PO GRUPAMA - Grupa 86. UZV aparat

Datum početka prethodnog savjetovanja: 16.09.2022. godine

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 21.09.2022. godine

Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak: Tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak.

Tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu:

Na primjedbu i prijedlog gospodarskog subjekta koji glasi:

”

Prijedlozi za izmjenu dokumentacije u Savjetovanju

Predmet nabave:

MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA ZA REDOVNE POTREBE PO GRUPAMA

Evidencijski broj nabave: 21.1.-22-VV-80

Grupa predmeta nabave: 86. UZV aparat

Poštovani,

Vežano uz pripremu za provedbu otvorenog postupka javne nabave za kupnju i isporuku prijenosnog ultrazvučnog uređaja koji provodi Opća bolnica Varaždin, te prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, u nastavku dostavljamo naš prijedlog za izmjenu Tehničke specifikacije- Opisa predmeta nabave za grupu predmeta nabave 86.

Molimo za sitne izmjene koje bi nam omogućile nuđenje uzv uređaja iz našeg asortimana te ravnopravno sudjelovanje u predmetnom nadmetanju prema sljedećem popisu:

R.br.	Opis predmeta nabave	Tražena izmjena
1.2.	Operativni sustav Linux	Operativni sustav Linux ili Windows
1.4.	Ekran min. 15" visoke rezolucije LED monitor u boji, kut gledanja lijevo desno min. 80°	LED ili LCD monitor (ostalo isto)
1.16 do 1.19.	3D oslikavanje, 4 D oslikavanje, kontrastno oslikavanje, elastografija	Molimo brisanje navedenih stavki s obzirom da nisu dovoljno opsežno opisane te smatramo da nisu potrebne u svakodnevnom radu uređaja
1.23.	Upravljanje tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem i track ball kugla za navigaciju.	Molimo nadodati u opisu sljedeće: ili upravljanje touch screen-om (track ball kugla za navigaciju je uobičajena za klasične ultrazvučne platforme te se ne nalazi u sklopu prijenosnih uređaja smještenih na kolicima
1.26.	Autonomija minimalno 90 minuta konstantnog skeniranja.	Molimo iskazati autonomiju u rasponu 60 – 90 minuta
1.27.	Minimalno 12 fokusnih točaka.	Molimo nadodati u opisu sljedeće: ili 4 fokalne zone
1.32.	Dubina skeniranja ≥ 40cm	Dubina skeniranja ≥ 30cm
1.33.	TGC min. 8 nivoa podešavanja	TGC min. 6 - 8 nivoa podešavanja
1.34.	Software za vizualizaciju igle s mogućnošću prikaza dvojne žive slike, mogućnost podešavanja 4 razine kuteva 20°, 30°, 40°, 50°	Ili mogućnost podešavanja kuteva do 40°
2.2.	VIDEO/S-VIDEO/VGA	VIDEO/S-VIDEO/VGA ili VIDEO/S-HDMI
3.5.	Format za izvoz podataka: BMP, JPEG, TIF, AVI, WMV, PDF, TXT	Molimo nadodati u opisu: nuđenje min. 3 formata od navedenog
5.1.	Multifrekvencijska konveksna dijagnostička sonda od 1 do 7 MHz, biopsijski kompatibilna, širina prikaza minimalno 60 mm, dubina skeniranja minimalno 30 cm. - 1 kom.	Konveksna sonda koju nudimo ima uobičajeni raspon 1.4 do 5 MHz te molimo da se tome prilagodi opis
5.2.	Multifrekvencijska linearna dijagnostička sonda, od 4 do 16 MHz, biopsijski kompatibilna, širina prikaza minimalno 55 mm, dubina skeniranja min. 6 cm. - 1 kom.	Linearna sonda koju nudimo ima raspon 5 do 15 MHz te širinu prikaza 34.8mm te molimo da se tome prilagodi opis
5.3.	Multifrekvencijska fazna dijagnostička sonda, od 1 do 6 MHz, biopsijski kompatibilna, dubina skeniranja minimalno 30 cm, širina prikaza minimalno 25 cm. - 1 kom.	Fazna sonda koju nudimo ima raspon 1.3 do 4.4 MHz te molimo da se tome prilagodi opis, osim toga fazna sonda ne može kao takva biti biopsijski kompatibilna – te molimo brisanje tog opisa, isto

		tako širina prikaza 25cm nije objektivna stoga molimo brisanje opisa
--	--	--

Unaprijed zahvaljujemo

S poštovanjem "

Naručitelj Opća bolnica Varaždin odgovara kako slijedi:

Naručitelj prihvaća prijedlog izmjene gospodarskog subjekta te mijenja tehničke specifikacije UZV aparata sukladno traženim izmjenama.

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) te članku 11. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), Naručitelj Opća bolnica Varaždin ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.



Ravnatelj:

Danir Poljak, mag.soc.geront.